

OGGETTO: FORNITURA DI CARTUCCE MONOUSO PER DISPOSITIVO PER RISCALDAMENTO SANGUE E FLUIDI PER INFUSIONE

Ai sensi dell'est. 66 del D. Lgs. n. 50/2016, viste anche le Linee Guida n. 8 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 950 del 13/09/2017, - l'ASL di FROSINONE si prefigge, con il presente avviso, di accertare l'esistenza di operatori economici nelle condizioni di fornire Cartucce sterili monouso per Dispositivo per riscaldamento sangue e fluidi per infusione oltre all'operatore economico Felici Srl.

1. Caratteristiche :

Descrizione: cartuccia sterile, monouso, biocompatibile, collegabile a qualsiasi set luer lock per infusione e.v. Le cartucce devono rimanere sulla linea per almeno 24h, richiedere un piccolo volume di riempimento (circa 4ml). Devono presentare un set prolunga.

Dovranno essere forniti in sconto merce i seguenti prodotti:

- Unità di riscaldamento pluriuso in quantità minima di 6 pezzi al primo ordine. Successivamente in caso di usura/malfunzionamento si chiede di poter ricevere una unità riscaldante ogni 90 cartucce ordinate.
- Supporto per unità di riscaldamento in quantità minima di 20 al primo ordine.
- Dispositivo che consenta il fissaggio del cavo a forma di pinza in quantità minima di 20 pezzi al primo ordine.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà impegnarsi a fornire a titolo gratuito, qualora necessari, i cavi di alimentazione da 3 metri per le unità di controllo Enflow 121.

I DM offerti dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dal nuovo Regolamento UE 2017/745 o alla direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 24 Febbraio 1997 n 46 e successive modifiche ed integrazioni (per il periodo transitorio di entrata in vigore del citato regolamento) e idonei all'uso.

Inoltre, le cartucce dovranno essere conformi agli standard ISO 10933 ed ISO 8536. Tutte le componenti, anche i prodotti a titolo gratuito dovranno essere resistenti all'acqua, sicuri dal punto di vista elettrico (conformità IEC 60601-1). In nessun caso deve verificarsi il rilascio di alluminio.

Le cartucce dovranno essere utilizzabili con le unità di controllo Enflow di proprietà Aziendale

2. Requisiti di partecipazione:

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno assicurare la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento del sistema richiesto:

CARTUCCE PER DISPOSITIVO PER RISCALDAMENTO SANGUE E FLUIDI PER INFUSIONE

N. PZ 1200

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
provveditorato.azienda@aslfrosinone.it
provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it



3 Brand conosciuto: GE Medical System - Distributore Felici Srl

4 Fabbisogno Annuale richiesto: 1200 pz

5 Modalità D Partecipazione

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, dovrà essere trasmessa alla UOC Provveditorato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it:

- la manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato in oggetto;
- la dichiarazione del Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati ai superiori punti 1 e 2;
- documentazione tecnica indicata nella tabella precedente;

La comunicazione a mezzo PEC dovrà recare il seguente oggetto: "FORNITURA DI CARTUCCE MONOUSO PER RISCALDAMENTO SANGUE E FLUIDI PER INFUSIONE."

6 Criterio Di Aggiudicazione

A seconda dei risultati dell'indagine di mercato mediante aggiudicazione diretta per infungibilità o se ci sono più ditte, tramite opportuna gara.

Gli operatori economici potenzialmente in grado di fornire i prodotti richiesti sono invitati a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non invitare ad eventuale gara la ditta laddove il possesso dei requisiti richiesti non sia stato adeguatamente documentato.

La stazione appaltante esprime la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La stazione appaltante rimane altresì disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca unico operatore in grado di fornire il prodotto descritto, questa Azienda manifesta altresì intenzione di procedere con affidamento all'unico fornitore individuato, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera B2 del Codice.





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE

7 Avvertenze

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della ASL è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le eventuali manifestazioni di interesse presentate non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda sanitaria che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Monica Caira

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
provveditorato.azienda@aslfrosinone.it
provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it



asl_fr (INT_PRIV) - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00034325 - 31/05/2023 16:52:04 - USCITA
3-2023-34325

sha-256: 4118ccb500c9e97b692d036999940457d205ec6008d6a62cf272fbee70b1d11



ausl_fr (INT_PRV) - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00034325 - 31/05/2023 16:52:04 - USCITA
3-2023-34325
sha-256: 4118ccb500c9e97b692d036999940457d205ec6008d6a62cf272fbbee70b1d11