

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER “STRUMENTARIO POLIUSO CHIRURGIA LOW IMPACT DA 3,5 mm” .

Ai sensi dell' Art 77 C 1, e Allegato II.1, Art 2 del Dlgs 36/23 l'ASL di FROSINONE si prefigge, con il presente avviso, di accertare l'esistenza di operatori economici nelle condizioni di fornire uno “**STRUMENTARIO POLIUSO PER CHIRURGIA LOW IMPACT DA 3,5 mm**” . o di presentare offerte qualitativamente equivalenti, sotto il profilo funzionale e tecnico, rispetto al dispositivo dell' Operatore noto: AB Sas Evolap (**AB Medica**) distribuito da **FORmed Srl**.

1.Caratteristiche :

Il suddetto strumentario dovrà necessariamente avere:

- trocar con **punta elicoidale asimmetrica** che permetta di dilatare i tessuti e garantire quindi sicurezza nell'inserimento ed esteticità nelle incisioni;
- un alto livello di **rigidità** dello stelo degli strumenti, necessario a garantire sicurezza nelle manovre chirurgiche;
- una produzione che preveda l'utilizzo di leghe in acciaio di provenienza europea e **produzione manuale**, al fine di garantire elevate caratteristiche in termini di **resistenza e versatilità**;
- strumenti **smontabili e facilmente sterilizzabili**, le cui componenti siano codificate singolarmente per un facile reintegro di eventuali parti usurate;
- strumenti composti da un tubo di diametro 3,5 mm e morso di 4 mm collegati tramite una **giunzione conica** che permetta la **mininvasività** di accessi da 3,5 mm insieme a una **forza di presa** equivalente a strumenti con diametro 5 mm;
- strumenti preferibilmente con **attacco a vite** per una maggiore stabilità dell'assemblaggio;
- **ghiera** contraddistinta da **codice colore**, che consenta il veloce riconoscimento degli strumenti in sala operatoria anche in condizioni di scarsa luminosità;
- **impugnature** in **PEEK**, per una maggiore ergonomia dello strumento e per una maggiore semplicità di assemblaggio grazie al meccanismo di **montaggio inserto a bottone**;
- uno stelo esterno degli strumenti di lunghezza adeguata, **isolato elettricamente** con guaina per la possibilità di coagulare/tagliare con corrente monopolare;
- stelo esterno della **forbice isolato fino alle lame** per una maggiore sicurezza di isolamento elettrico;
- pinze che abbiano caratteristiche di **atraumaticità** e di **stabilità** nella presa;
- un sistema di **irrigo-aspirazione** con una connessione che permetta di lavorare con **cannula di diametro 3,5 mm** e con possibilità di sostituzione con cannule da 3 a 10 mm;
- possibilità di utilizzare le impugnature con **gamme di lunghezze e diametri diversi**, da 3 e 5 mm, per eventuali future integrazioni del nostro strumentario a favore di una sempre maggiore mininvasività sul paziente.
- un uncino da pneumo dissezione che consenta una più efficace e sicura dissezione dei piani, grazie a micro insufflazioni

Il Set dell' Operatore noto AB Sas Evolap è così composto:

- n. 2 insertipoliusopinza fenestrata morso 20mm
- n. 2 insertipoliuso pinza fenestrata a due morsi mobili 20mm
- n. 1 inserto pinza fenestrata morso fine 20mm
- n. 1 insertopoliuso pinza bifenestrata morso 30mm

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
provveditorato.azienda@aslfrsionone.it
provveditoratoeconomato@pec.aslfrsionone.it





ASL
FROSINONE

- n. 1 insertopoliuso pinza clutch
- n. 1 inserto poliuso pinza intestinale
- n. 1 inserto poliuso dissetto maryland
- n. 1 inserto poliuso pinza retta atraumatica
- n. 1 inserto poliuso dissetto a "C"
- n. 1 inserto poliuso pinza babcock
- n. 12 manici poliuser per pinze
- n. 2 manici poliuser per forbici
- n. 2 tubo esterno isolato poliuser per forcice
- n. 12 tubi esterni isolatipoliuser per pinze
- n. 2 porta aghi retti
- n. 1 accessorio per incisione trocarnoliuser
- n. 4 mandrinotrocarnoliuser
- n. 4 camicia trocarnoliuser con porta di insufflazione
- n. 1 confezione valvole monouso per trocar 3,5mm (confezione da 25pz)
- n. 1 confezioneelame monouso curve sterili (confezione da 10pz)
- n. 2Manipolo poliuser perpneumo dissezione
- n. 1 Regolatore alta pressionepoliuser per pneumo dissezione
- n. 2 confezione steli monouso 3,5mm per pneumo dissezione
- n. 2 confezione steli monouso 5mm per pneumo dissezione
- n. 1 Cassetta sterilizzazione
- n. 1 cassetta sterilizzazione ottica
- n. 1 ottica 3mm 30 gradi
- n. 2manicopoliuser perpinza bipolare
- n. 2 inserto poliuser per pinza bipolare fenestrato
- n. 2 tubo poliuser per pinza bipolare
- n. 2 Cavo monopolarepoliuser
- n. 3 Cavo bipolarepoliuser
- n. 1 Cannula lavaggio/aspirazione 3mmpoliuser
- n. 1 uncino classico
- n. 1 palpatoe rotondo
- n. 1 spingi nodo
- n. 1 ago di punzione
- n. 1 ago con cannula da prelievo

2. Requisiti di partecipazione:

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno assicurare la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento del sistema richiesto:

3 Brand conosciuto: AB Medica distribuito da FORmed Srl.

4 Fabbisogno Annuale richiesto: N. 1 SET

5 Modalità D Partecipazione

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, dovrà essere trasmessa alla UOC Provveditorato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it :

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
provveditorato.azienda@aslfrosinone.it
provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it





- la manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato in oggetto;
- la dichiarazione del Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati ai superiori punti 1 e 2;
- documentazione tecnica indicata nella tabella precedente;

La comunicazione a mezzo PEC dovrà recare il seguente oggetto: "INDAGINE MERCATO PER "STRUMENTARIO POLIUSO PER CHIRURGIA LOW IMPACT DA 3,5 mm".

6 Criterio Di Aggiudicazione

A seconda dei risultati dell'indagine di mercato mediante aggiudicazione diretta per infungibilità o se ci sono più ditte, tramite opportuna gara.

Gli operatori economici potenzialmente in grado di fornire i prodotti richiesti sono invitati a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non invitare ad eventuale gara la ditta laddove il possesso dei requisiti richiesti non sia stato adeguatamente documentato.

La stazione appaltante esprime la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La stazione appaltante rimane altresì disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca unico operatore in grado di fornire il prodotto descritto, questa Azienda manifesta altresì intenzione di procedere con affidamento all'unico fornitore individuato, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 76 comma 2, lettera B2 del Codice.

7 Avvertenze

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della ASL e sulla GUCE, è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le eventuali manifestazioni di interesse presentate non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda sanitaria che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Monica Caira



Faint header text, possibly containing document title or reference numbers.

Faint text block, likely the beginning of a paragraph or section.

Faint text block, continuing the document's content.

Faint text block, possibly containing a list or detailed information.

Faint text block, likely the end of a section or paragraph.

