

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER SISTEMA DI PRODUZIONE PRP AUTOLOGO .

Ai sensi dell' Art 77 C 1, e Allegato II.1, Art 2 del Dlgs 36/23 l'ASL di FROSINONE si prefigge, con il presente avviso, di accertare l'esistenza di operatori economici nelle condizioni di fornire **“SISTEMA DI PRODUZIONE PRP AUTOLOGO”** . o di presentare offerte qualitativamente equivalenti, sotto il profilo funzionale e tecnico, rispetto al dispositivo dell' Operatore noto: NG MED distribuito da REAL MEDICAL

1.Caratteristiche :

Caratteristiche tecniche richieste:

- Sistema a circuito chiuso, per una completa, efficace e costante separazione del prodotto target;
- Il sistema deve essere certificato con indicazione d'uso per terapia cellulare;
- Prelievo di sangue intero dal paziente non superiore a 15 ml
- Il prodotto finale deve avere un'alta resa piastrinica proporzionale al volume di prelievo;
- Lo stesso Sistema deve consentire la produzione di PRP ad alta concentrazione per infiltrazioni e collirio (max in 12 min) ed un PRP che consenta la produzione di gel piastrinico per uso topico al di sotto di 10 min
- Separazione del prodotto attraverso sensori ottici ad alta frequenza e di ultima generazione;
- Possibilità di regolare la sensibilità del sensore ottico di separazione cellulare finalizzato alla definizione della concentrazione del prodotto target;
- Possibilità di regolare la concentrazione di leucociti nel prodotto finale attraverso il Software integrato;
- Possibilità di salvare sul sistema i programmi personalizzati per la produzione del prodotto target
- Ogni kit deve contenere tutto l'occorrente per l'intera procedura, dal prelievo all'applicazione del prodotto.
- Il sistema deve avere tempi di elaborazione rapidi
- Il sistema deve essere completamente automatico e il Prodotto pronto per l'uso direttamente dal sistema senza intervento dell'operatore;
- Il sistema deve avere il marchio CE;

2. Requisiti di partecipazione:

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno assicurare la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento del sistema richiesto:

3 Brand conosciuto: NG MED distribuito da REAL MEDICAL

4 Fabbisogno Annuale richiesto: 250 kit Costo stimato annuale € 45.000,00

5 Modalità D Partecipazione

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, dovrà essere trasmessa alla UOC Provveditorato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provveditoratoeconomato@pec.aslfrosinone.it :

- la manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato in oggetto;
- la dichiarazione del Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione indicati ai superiori punti 1 e 2;
- documentazione tecnica indicata nella tabella precedente;

La comunicazione a mezzo PEC dovrà recare il seguente oggetto: "INDAGINE MERCATO PER "SISTEMA DI PRODUZIONE PRP AUTOLOGO " .

6 Criterio Di Aggiudicazione

A seconda dei risultati dell'indagine di mercato mediante aggiudicazione diretta per infungibilità o se ci sono più ditte, tramite opportuna gara.

Gli operatori economici potenzialmente in grado di fornire i prodotti richiesti sono invitati a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non invitare ad eventuale gara la ditta laddove il possesso dei requisiti richiesti non sia stato adeguatamente documentato.

La stazione appaltante esprime la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La stazione appaltante rimane altresì disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.



Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca unico operatore in grado di fornire il prodotto descritto, questa Azienda manifesta altresì intenzione di procedere con affidamento all'unico fornitore individuato, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 76 comma 2, lettera B2 del Codice.

7 Avvertenze

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della ASL e sulla GUCE, è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le eventuali manifestazioni di interesse presentate non sono in alcun modo vincolanti per l'Azienda sanitaria che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà in qualsiasi momento di sospendere o modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Monica Caira

